



160920340809

# 检测报告

## (Test Report)

No. BOLQHZZQ495717L1

样品名称 (Sample Description)	一次性使用医用口罩 Disposable Medical Face Mask
委托单位 (Applicant)	武汉友福国际贸易有限公司 Wuhan Youfu International Trade Co.,Ltd

PONY 谱尼测试  
Pony Testing International Group  
www.ponytest.com



## 检测结果

(Test Results)

No. BOLQHZZQ495717L1

第 1 页, 共 2 页 (page 1 of 2)

样品名称 (Sample Description)	一次性使用医用口罩 Disposable Medical Face Mask	样品规格 (Sample Specification)	规格 Specification: 17.5*9.5cm 型号 Model: 成人型 type of adult
委托单位 (Applicant)	武汉友福国际贸易有限公司 Wuhan Youfu International Trade Co.,Ltd	商标 (Trade Mark)	---
到样日期 (Received Date)	2020-11-02	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	生产日期 Manufacturing Date: 2020 年 08 月 26 日 August 26,2020 生产批号 Manufacturing Lot No.: 20200826
检测日期 (Test Date)	2020-11-02~2020-11-13	样品等级 (Sample Grade)	---
样品数量 (Sample Quantity)	100 个 100pcs	检测类别 (Test Type)	委托检测 (Commissioning Test)
样品状态 (Sample Status)	正常 Normal	检测环境 (Test Environment)	符合要求 (To meet the requirements)
样品来源 (Sample Source)	送样 Send Sample		
检测项目 (Test Items)	见下页 See the next page		
检测方法 (Test Methods)	见下页 See the next page		
所用主要仪器 (Main Instruments)	电热恒温培养箱 Electric Heating Constant Temperature Incubator、 细菌过滤效率检测仪 Bacterial filtration efficiency detector 等 etc.		
检测结论 (Test Conclusion)	该样品经检测, 所检项目符合 EN 14683: 2019+AC: 2019 IIR 型的要求。 The sample has been tested and the tested items meet the requirements of EN 14683: 2019+AC: 2019 Type IIR.		
备注 (Note)	限值标准 Limit Standard: EN 14683: 2019+AC: 2019 生产单位Manufacturer: 武汉友福国际贸易有限公司Wuhan Youfu International Trade Co.,Ltd 受检单位Inspection: 武汉友福国际贸易有限公司Wuhan Youfu International Trade Co.,Ltd 以上样品信息由委托单位提供 The information of above sample was provided by the applicant.		
	编制人 (Edited by)	黄斌	
	审核人 (Checked by)	符群	
	批准人 (Approved by)	戴晴	
	签发日期 (Issued Date)	2020-11-13	

## 检测结果 (Test Results)

No. BOLQHZZQ495717L1

第 2 页, 共 2 页 (page 2 of 2)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)		单项结论 (Evaluation)	检测方法 (Test Methods)
		IIR 型 Type IIR				
Q495717L1 一次性使用医用 口罩 Disposable Medical Face Mask	细菌过滤效率 (BFE), % Bacterial filtration efficiency(BFE)	≥98	No.1	>99.9	符合 Conform	EN 14683: 2019 +AC: 2019
			No.2	>99.9		
			No.3	>99.9		
			No.4	>99.9		
			No.5	>99.9		
	压力差, Pa/cm <sup>2</sup> Differential pressure	<60	48.5	符合 Conform	EN 14683: 2019 +AC: 2019	
	抗溅压力, kPa Splash resistance pressure	≥16.0	>16.0	符合 Conform	EN 14683: 2019 +AC: 2019	
微生物清洁度, cfu/g Microbial cleanliness	≤30	<1	符合 Conform	EN 14683: 2019 +AC: 2019		

样品编号和照片 (Sample Number and Photo):



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——以下空白——

(End of Report)